

## INSTRUKS FOR BRUK AV APPARATURKORT

Apparaturkort skal brukes på forsøksapparat som kan medføre særlig fare. Kortet fylles ut og undertegnes av veileder og apparaturansvarlig. Det skal henge lett synlig ved apparaturen, i en plastmappe e.l. slik at det beskyttes mot søl. De enkelte institutter kan avgjøre om apparatur-kort skal brukes på all apparatur innen instituttet. Uansett kan apparatur-kort sløyfes på laboratorier hvor virksomheten foregår under kyndig kontroll til enhver tid.

Reglene for apparatur-kort gjelder også for større analyseapparat som brukes av flere. Operatør-rubrikken behøver da ikke å fylles ut, mens veileder/apparaturansvarlig er den som er ansvarlig for apparaturen.

Det fylles ut ett apparatur-kort selv om apparaturen består av flere enheter så sant enhetene står samlet. Ved geografisk spredt apparatur skal flere apparatur-kort fylles ut.

Nedenfor er gitt kommentarer til en del av punktene på apparaturkortet:

Begrensning i arbeidstid: Med ordinær arbeidstid forstås normal kontortid. Begrensninger kan angis f.eks. som "IKKE ETTER KL. 19". Hvis noen skal arbeide på et laboratorium utenom normal arbeidstid skal tillatelse til dette foreligge.

Personlig verneutstyr: Personlig verneutstyr skal brukes hvor dette kan forebygge skader. Eksempler er bruk av briller eller tilsvarende hvor det er fare for sprut, bruk av hjelm hvor det er fare for fallende gjenstander, tilgjengelighet av gassmaske ved arbeid med giftige gasser.

Andre vernetiltak: Eksempler kan være brannslukningsapparat på arbeidsplassen, forbud mot å arbeide alene på laboratoriet, varsling av folk i nærheten, bruk av spesielle varselskilt, personlig verneutstyr for alle i rommet.

Handlemåte ved nødstop: Hensikten er at også andre enn operatør skal kunne stoppe apparaturen om dette er nødvendig. Instruksene må være korte og helst punktvis, gjerne med bilder eller illustrasjoner. Nødbryter e.l. må være tydelig merket.

Veileder/ apparaturansvarlig: Navn og telefonnr skal til enhver tid være oppdatert.

Etter at det eksperimentelle arbeidet er avsluttet skal apparatur-kort leveres inn til den som har undertegnet det.

**Apparaturkortet har tidsbegrenset gyldighet. Det skal oppdateres og fornyes hvert år.**